



## Checklista **prawidłowej dokumentacji** procesu sterylizacji

- metoda sterylizacji
- numer lub kod sterylizatora,
- data sterylizacji,
- parametry procesu - temperatura, czas, ciśnienie -  
w postaci wydruku lub zapisu elektronicznego,
- numer lub kod cyklu z autoklawu,
- wynik kontroli chemicznej i/lub biologicznej,
- podpis osoby przeprowadzającej proces lub osób  
odpowiedzialnej za sterylizację.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia sterylizacji w gabinecie, podmiot powinien mieć podpisaną umowę ze sterylizacją zewnętrzną.

W przypadku sterylizacji zewnętrznej transport materiału skażonego oraz sterylnego powinien odbywać się w różnych pojemnikach specjalnie do tego przeznaczonych.